


جهاز الترسيب
ZL 120



أبعد من
المعتاد

جهاز الترسيب ZL 120

- يحدد وبشكل مؤكد اذا كان القمح مصاب بحشرة وجود السونة (BUG DAMAGED)
- الجهاز يمتلك 6 مؤشرات زمن مختلفة, بفضل هذه الخاصية يمكن للجهاز ان يتابع 6 عمليات اختبار تم البدء بهم في ازمان مختلفة اثناء عمل الجهاز
- يستعمل شاشة جرافيك ذو 6 اسطر LCD
- يحتوي على ميزان حرارة رقمي لقياس درجة حرارة الغرفة
- يحتوي الجهاز على 3 مؤشرات رقمية المؤشر الاول يعرض مدة الاختبار 5 دقائق للترسيب العادي, والمؤشر الثاني يعرض مدة الانتظار ساعتين للترسيب المتأخر و الذي يكشف عن وجود اصابة القمح بحشرة السونة واما المؤشر الثالث فيعرض مدة تشغيل الموتور
- عند انتهاء الاختبار يطلق الجهاز انذاراً صوتياً ويتوقف تلقائياً
- الجهاز يعمل على فحص حتى 6 عينات في نفس الوقت
- يعتبر هذا الجهاز من الاجهزة المهمة جدا في معرفة جودة البروتين و مدى اصابة القمح بحشرة السونة و التي تأثر بشكل كبير جدا على جودة الدقيق المنتج و تأثير ذلك على جودة الخبز الناتج
- الجهاز مصنوع من مواد عالية الجودة و الكفاءة

المبدأ

يؤثر تضخم جزيء الغلوتين في الدقيق في محلول حمض اللاكتيك على معدل ترسيب معلق الدقيق في وسط حمض اللاكتيك. يؤدي ارتفاع محتوى الغلوتين وجودة الغلوتين الأفضل على حد سواء إلى ترسيب أبطأ وقيم اختبار ترسيب أعلى

التسليم الاعتيادي

- محلول مخزون حامض اللاكتيد
- محلول برومفينول الأزرق
- 6 اسطوانات اهتزاز مع سداة من مادة البولي أميد
- 1 كابل طاقة
- جهاز تحديد الجرعات التلقائي (25 مل و 50 مل)
- 1 فرشاة تنظيف

مواصفات

متطلبات الطاقة	110 V - 60 Hz 220 أو V - 50 Hz (حدد عند الطلب)
الحجم	سم 66 x 37 x 43
الوزن الصافي	كجم 10

